

FOLIO	DESIGNATION
02	PUISSANCE
03	THERMOSTAT
04	ENCOMBREMENT
05	Nomenclature (Rep/Folio/Libellé/Réf/Fab)

B	ALIM PAR LA PHASE 3	27-09-2004					
A	CREATION	16-10-2003					
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	 	 	APPROUVE

	DESSINE:
	VERIFIE:
	DATE DE CREATION:
	AFFAIRE N°:

<h1>DELTALAB HYDROTECHNIC</h1>

Titre dossier :

PLATINE REGULATEUR PID HTBE-C


HYDROTHERM BEP


Page de garde


Client :	Dossier n° : 03ET20B	FOLIO
Affaire :		1 / 5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE DELTALAB. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE

Document réalisé avec **SEE ELECTRICAL EXPERT**







REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT
F1	02	PORTE FUSIBLE UNI+N 10x38	423661	ABB
	02	CARTOUCHE 10x38 GG 12A A VOYANT	013412	LEGRAND
F2	02	PORTE FUSIBLE UNI+N 10x38	423661	ABB
	02	CARTOUCHE 10x38 AM 2A	013002	LEGRAND
F3	03	PORTE FUSIBLE UNI+N 10x38	423661	ABB
	03	CARTOUCHE 10x38 GG 1A	013301	LEGRAND
KM1	03	CONT 12A 1F+1O 24V 50/60Hz	LC1D12B7	TELEMECANIQUE
KM2	03	CONT 12A 1F+1O 24V 50/60Hz	LC1D12B7	TELEMECANIQUE
M1	02	AEROREFRIGERANT AP 300E MONO 220V 50HZ	3RAP300	COSTANTE SESINO
M2	02	CIRCULATEUR MONO 220V UP20-30 N	59643500	GRUNDFOS
R1	02	THERMOPLONGEUR MONOPHASE 3KW-1 BSP	8060	EUROPLEX
	02	THERMOSTAT	8024	EUROPLEX
R2	03	SONDE PT100 2X3FILS Ø6MM	SL100PVC2-3M	PROSENSOR
S1	03	TETE BP LUMINEUX VERT	ZB4BW33	TELEMECANIQUE
	03	CORPS DE BP LUM BA9S	ZB4BW061	TELEMECANIQUE
	03	LAMPE BA9S 24V	DL1CE024	TELEMECANIQUE
S2	03	TETE BP NOIR	ZB4BA2	TELEMECANIQUE
	03	CORPS DE BP O	ZB4BZ102	TELEMECANIQUE
S3	03	TETE BP LUMINEUX VERT	ZB4BW33	TELEMECANIQUE
	03	CORPS DE BP LUM BA9S	ZB4BW061	TELEMECANIQUE
	03	LAMPE BA9S 24V	DL1CE024	TELEMECANIQUE
S4	03	TETE BP NOIR	ZB4BA2	TELEMECANIQUE
	03	CORPS DE BP O	ZB4BZ102	TELEMECANIQUE
U1	02	RELAIS STATIQUE 380V-25A 24VCC	380D25	OPTO22
	02	CAPOT DE RELAIS STATIQUE	OPOSAFETYCOVER	OPTO22
U2	03	REGULATEUR 48X48 R/SSR 24V	93/00/00/0/3/0	CAL CONTROLS
	03	CARTE RS232	3C000020	CAL CONTROLS
U3	03	RELAIS DE NIVEAU 24VAC	RM4LG01B	TELEMECANIQUE
X1	02	Connecteur fixe 10 pôles	AB1DV10235U	TELEMECANIQUE
X3	03	Connecteur fixe 10 pôles	AB1DV10235U	TELEMECANIQUE
X4	02	Connecteur fixe 10 pôles	AB1DV10235U	TELEMECANIQUE
X6	03	CONNECTEUR DB25 FEMELLE	117-4708	RADIO SPARES